



RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICARE

UNIVERSITATEA	UNIVERSITATEA
„DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	„DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Nr. înregistrare	12567
Data intrare/iesire	02/05/2021

La invitația de participare nr. 12567 din data de 28.05.2021 privind achiziția de "Ultracongelator" s-au cerut următoarele clarificări:

Întrebarea 1: La ce temperatura o sa functioneze in domeniul cerut?

Răspunsul 1: Ultracongelatorul va funcționa la temperatura de -80 °C.

Întrebarea 2: Ce se intelege prin sistem de trasabilitate a valorilor memorate? Va referiti la protocol GLP/GMP sau este o simpla baza de date cu calcul temperatura mediana?

Răspunsul 2: Ne referim la un sistem care să ne permită accesul la istoricul parametrilor de funcționare a ultracongelatorului deoarece existența înregistrărilor de temperatură este cerută de protocoalele GLP/GMP.

Întrebarea 3: Ce este comutorul de alimentare pentru protectia probelor depozitate? Va referiti la acumulator incorporat pentru alimentare in caz de oprire alimentare de la retea?

Răspunsul 3: Da.

Întocmit,

Prof. dr. ing. Anca Nicolau