



RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICĂRI

La invitația de participare nr. 1361 din data de 17.08.2022, privind achiziția de **“Echipamente și aparatură în cadrul Proiectului PN-III-P4_PCE-2021-0714”** au fost solicitate următoarele clarificări pentru **Lotul 2:**

Întrebare 1: *“Care sunt dimensiunile incubatorului?”*

Răspuns 1: *“Dimensiuni incubator:*

- *dimensiuni interioare (W x D x H) : 220 x 150 x 120 mm*
- *dimensiuni exterioare (W x D x H): 310 x 168 x 155 mm”*

Întrebare 2: *“Care sunt dimensiunile plitei? Se acceptă temperatură superioară mai mare?”*

Răspuns 2: *“Dimensiuni plita electrică:*

- *dimensiuni exterioare: 290*161*100 mm*
- *dimensiuni suprafața încălzită: Ø 140 mm*

Se acceptă temperatură superioară mai mare”

Întrebare 3: *“În poză este un agitator magnetic cu încălzire pentru că are două afișaje, vă rog să clarificați dacă doriți plită simplă su agitator magnetic cu încălzire”*

Răspuns 3: *“Plita este simplă, fără agitare magnetică.”*

Întrebare 4: *“Faceți referire în fișierul din SEAP de completarea unor formulare, vă rog trimiteți-mi-le în format editabil. Altfel o să folosesc formularele mele”.*

Răspuns 4: *“Pentru depunerea ofertei folosiți formularele dvs.”*

Întocmit,

Prof.dr.ing. Petronela Nechita

Ing. Dorina Pușcașu